

COMITE TECHNIQUE DE LABORATOIRE

18/12/2018 09h – 10h

Ordre du jour	LE CTL se réunit pour : - bilan financier CTL - Incubateur « imagerie » ne demenage plus car utilisé - Incubateur Agitateur 30c° 1er ventilateur HS - Point centri - Re-Definir un référent Centris et balance par équipe - Point Info compte rendu « Balances »
Président	MARI Stéphane
Secrétaire	Un jour mon Prince viendra...
Participants	

- OK pour le bilan financier du CTL, 7161 euros dépensés sur l'exercice 2018
- Manque incubateur pour 37°C 1^{er} étage, on fait un point des incubateurs de BPMP pour re-dispatcher entre les étages et/ou acheter.
- Agitateur 30°C 1^{er} étage : remplacement ventilo, « à l'africaine ».
- 10 centri « non conforme », action à entreprendre, on refait un point avec Rogatien et Alain pour décider de ce qui est réformé ou pas.
- Il faut un responsable centris communes. Pour les équipes, chacune est responsable de ses centris. Penser à remplir base équipement lors des interventions !!
- Hottes et sorbonnes : visite de contrôle en cours. En cas d'intervention par Rogatien, il est décidé de faire venir automatiquement le contrôleur pour vérifier et avoir l'étiquetage « officiel » adéquat.
- En janvier, Hughes présentera les différentes possibilités (et coûts) d'aménagement de point(s) d'eau osmosée à la serre, suite à la demande de quelques équipes.