

COMITE TECHNIQUE DE LABORATOIRE

11/05/2021 9H30 Salle : XXX ou Visio : ZOOM

Président	CRABOS Amandine
Secrétaire / Trésorier	DUFOUR Cyril
Budget	10 000€
Participant	Amandine, Cyril, Sandrine, Nadine, Jossia, Fanchon, Colette, Carine, Claire, Karen, Florence, Valerie, Chantal, Jeff, Stephane

I/ suivi des requêtes (broyeur à billes + agitateur)

L'agitateur est bien installé dans la pièce. Pour le broyeur à billes, l'achat doit être fait sur le budget université. Cyril, n'avait pas d'accès SIFAC a causes des attaques sur l'ENT. L'achat sera réalisé prochainement.

II/ dossier CTL sur U:/

C'est un dossier commun à tous les membres du CTL, pour les dépôts et visualisation des pièces discutées lors des réunions.

III/ accessoire du broyeur à billes.

Une demande d'aqua serait d'avoir un accessoire supplémentaire pour broyer des échantillons plus gros et en plus grande quantité. Le broyeur KPH n'est pas pratique car entre 2 broyage, il faut nettoyer entre 2 passages.

Amandine, propose de transmettre la documentation des accessoires pour voir les variants des accessoires.

Une fois l'équipement acheté, il faut décider de sa place, proposition au second ? ou faire une salle « broyage » au premier ? le CTL vote pour faire une salle broyage au premier, même s'il faudrait aménager la salle. (Claire se porte volontaire pour regarder avec Amandine)

IV/ centrifugeuse du 1^{er} (CEN.69)

La réparation de la centri coûterait environ 2500€ et une centri neuve coûterait 7500€, après recherche Cyril trouve qu'elle a été achetée par Métaux le 30/12/2011 pour 4800€. Stephane propose la réparation car des centri

de 20ans fonctionnent toujours. Avis plutôt partagé avec le comité. Un tour sera effectué pour regarder le parc de centri. Prise de décision au prochain CTL après la connaissance de nouveaux éléments.

V/ Enquête du réseau à vide du labo.

Un rappel est fait pour demander aux équipes de répondre à l'enquête.

VI/ DIVERS

Stephane donne l'info que le CMC réfléchi à une refaction des pièces CIV(Strader et Tabac) pour relampage et contrôle d'hygrométrie, donc il va y avoir des impacts dans cette zone du labo et dans les manip.

Le TAE, une commande pourra être commandé par JEFF/Hugues pour stocka dans la salle des milieux

Jeff demande pourquoi nous jetons les « pots caca » et « pots pipi » car pour lui ils pourraient être lavé avec le laveur en cycle plastique. Adopté par le CTL.

L'achat d'un panier au TL pour faciliter le travail de Jeff est proposé, 2 lieux de stock pour la réutilisation : Serre et milieux et un container pour la salle à proximité de la laverie ?

Prochain CTL LE 08/06/2021