

Point 1 :

Gestion de la congélation des sacs de terreau : problème de gestion des stocks de sacs de terreau congelés et problème de manutention de sac lourd.

Rappel : il faut 48h de congélation ainsi que 48h pour la décongélation.

Proposition 1: utiliser le terreau de la serre, qui ne nécessite pas de congélation.

Proposition 2 : inclure le remplissage du congélateur lors du tour de ménage et sortir un sac de terreau pour qu'il soit disponible 48h après.

Proposition 3 : en cas de grosse expérimentation, anticiper le besoin et congeler (48 heures) un ou des sacs en conséquence.

Point 2 :

Demande de Feros d'utiliser l'Aralab 3 pendant 6 mois de plus pour amplification de mutant très fragile. -> OK pour le CMC.

Point 3 :

Problème de redémarrage des phytotrons en cas de coupure de courant. L'utilisateur met son n° de tel sur le phytotron pour être averti en cas de coupure pour relancer le bon programme.

Point 4 :

AQUA aurait besoin de ½ chambre de culture pour hydroponie JL (ch 1 ou 6) pdt 6 mois, à partir de septembre. Pas de terreau à côté si possible. -> la ch6 est en JL hydroponie exclusive. -> voir si les autres équipes sont OK avec cette demande avant de décider.

Infos diverses :

Relampage de compartiments 3 et 4 de la serre en cours.

Prochain CMC 9/09